Checkliste

A-dec® Simulator Wartung

Nach jedem Verfahren (Schüler)

☐ Handstücke reinigen und schmieren (ggfsterilisieren).

☐ Reinigen Sie den Simulator, indem Sie alle Oberflächen mit mildem Geschirrspülmittel und Wasser abwischen.

☐ Spülen Sie die Unterdruckleitungen, einschließlich des Maskenabflusses.

☐ Entleeren und reinigen Sie die Vakuum-Sammelbehälter (nur AVS).

☐ Fügen Sie A-dec ICX® zu jeder nachgefüllten Wasserflasche hinzu (bei Verwendung einer optionalen Wasserflasche)*.

Wöchentlich oder nach Bedarf (Studenten oder Wartungspersonal) — Datum/Uhrzeit

☐ HVE und Speichelzieherventile reinigen. _____

☐ Inspektion und Wartung des Feststoffbehälters (nur bei Zentralabsaugung), zweimal pro Woche. _____

☐ Warten Sie den Ölauffangbehälter. _____

☐ Schmieren Sie die Spannzangen des Handstücks. _____

☐ Reinigen Sie den LED-Dentallichtschirm mit mildem Spülmittel und Wasser. Verwenden Sie ein 2" x 2" großes Mulltuch oder ein weiches Tuch, um Kratzer auf dem Schild zu vermeiden. _____

☐ Ersetzen Sie die Medicom® SafeShield™ Barriere, falls zutreffend. _____

☐ Reinigen Sie die Polsterung von Stühlen und Hockern mit einem milden Spülmittel und Wasser. _____

Monatlich (Student oder Wartungspersonal) — Datum/Uhrzeit

☐ Prüfen Sie alle O-Ringe des Handstücks und des Motors; ersetzen Sie sie, wenn sie verschlissen/beschädigt sind. _____

☐ Schmieren Sie die O-Ringe der HVE und des Speichelauswurfs. _____

☐ Testen Sie den CFU-Gehalt im Wasser der Dentaleinheit und schocken Sie die Wasserleitungen mit A-dec ICX Renew® oder ICX Restore™ , je nach Bedarf*. _____

Jährlich (Wartungspersonal) — Datum/Uhrzeit

☐ Ersetzen und schmieren Sie die O-Ringe der Spritze und die Knopf-Ventil-Baugruppen. _____

☐ Ersetzen und schmieren Sie die O-Ringe der HVE und des Speichelspritzers. _____

☐ Ersetzen Sie alle O-Ringe des Handstücks und des Motors. _____

☐ Ersetzen Sie die Luft- und Wasserfilter im Versorgungsbereich. _____

☐ Schmieren Sie die O-Ringe der Wasserflasche. _____

**Detaillierte Anweisungen zur Wartung der Wasserleitung finden Sie im Wartungshandbuch für die Wasserleitung (p/n 85.0983.00), das mit Ihrem Gerät geliefert wurde. Für einen schnellen Online-Zugriff auf dieses Dokument scannen Sie diesen Code oder gehen Sie auf www.a-dec.com/resource center.*

A-dec Hauptquartier
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132
Vereinigte Staaten
Tel: 1.800.547.1883 innerhalb USA/CAN
Tel: +1.503.538.7478 außerhalb USA/CAN
www.a-dec.com

ÍvÈ.Ç'#È.OOI

86.0703.00 Rev. B

Datum der Ausgabe 2023-10-17

Urheberrecht 2023 A-dec, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

IFUself9